

Réfractomètre Electronique 0-95%

Digital refractometer 0-95%

Le réfractomètre digital 0–95 % Brix offre une **mesure précise et immédiate** de la concentration en sucres, idéale pour les professionnels travaillant sur des produits très concentrés (miel, sirops, confitures, extraits).

- **Plage large 0–95 % Brix** adaptée à tous les niveaux de concentration.
- **Lecture digitale fiable**, limitant les erreurs d'interprétation.
- **Compensation automatique de température (ATC)** pour des résultats cohérents.
- **Calibrage simple** à l'eau distillée.
- Construction robuste assurant une **excellente fiabilité**. Très bonne ergonomie.

The 0–95% Brix digital refractometer provides **accurate, immediate measurements** of sugar concentration, ideal for professionals working with highly concentrated products such as honey, syrups, jams, and extracts.

- **Wide 0–95% Brix range** suitable for all concentration levels.
- **Reliable digital reading** that eliminates interpretation errors.
- **Automatic Temperature Compensation (ATC)** for consistent results.
- **Easy calibration** with distilled water.
- **Robust construction** ensuring **long-term reliability**.



Données techniques / Technical Data : 4817

Gencod / EAN	3369140548177	Gencod carton / EAN inner	3369141548176
Plage / Range	0-95 % Brix	Précision / Accuracy	+/-0,3 % Brix / +/- 1°C
Résolution / Resolution	0,1 % Brix / 0,1°C	Notice / Manual	oui / yes
Étanchéité / Waterproof	IP65	Temps de Mesure / Measure Time	3 sec
Matériel / Material	Digital	Garantie / Guarantee	2 ans / years
Origine / Origin	Chine / China	Emballage / Packaging	Boîte / Box

Données logistiques / Logistics Data : HS code : 90275000

	Hauteur (mm) / Height	Largeur (mm) / Width	Profondeur (mm) / Depth	Poids (kg) / Weight	Quantité produit / Product quantity
Vrac / Bulk *	154	52	44	0,12	1
Packagé / Packaged	188	92	62	0,35	1
Inner / Inner	350	390	210	7,55	20

*sans piles / without batteries

Commentaires : Visuels et données non contractuels, modifiables sans préavis.

Date de création	05/12/2025	Version	2
Date de modification	07/10/2026	Responsable	NLP